Keeler արտադրության խոշորացույցով շրջանակ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Keeler

– A world without vision loss –

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ 2

1.1 ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ 2

1.2 ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 3

2. ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ 4

3. ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՅՑՈՎ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 4

4. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 6

5. ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ ԱՔՍԵՍՈՒԱՐՆԵՐ 6

6. ԵՐԱՇԽԻՔ 6

7. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՈՒՏԻԼԻԶԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 7

	Ծանոթացեք օգտագործման հրահանգներին		Ընդհանուր նախազգուշական նշան
	Արտադրության ամսաթիվ	CE	Եվրոպական համապատասխանություն
	Արտադրողի անուն և հասցե		Ջերմաստիճանի սահման
GB	Արտադրող երկիր	EC REP	Եվրոպական համայնքի լիազոր ներկայացուցիչ
	Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների թափոնների (ԷԷՍԹ) վերամշակում	REF	Կատալոգի համար
	Այս կերպ վեր	LOT	Խմբաքանակի կոդ
	Պահել չոր		Մթնոլորտային ճնշման սահմանափակում
	Փխրուն	%	Խոնավության սահմանափակում
	Մի օգտագործեք, եթե փաթեթը վնասված է	A → 文	Թարգմանություն

Keeler արտադրության խոշորացույցով շրջանակը նախագծվել և ստեղծվել է 93/42/ԵՏՀ հրահանգի, 2017/745 կանոնակարգի (ԵՄ) և ISO 13485 Բժշկական սարքերի որակի կառավարման համակարգերի համաձայն:

Դասակարգում. ԵԽ. Դաս I

ՍԴՎ. Դաս II

Սույն ձեռնարկում պարունակվող տեղեկատվությունը չպետք է ամբողջությամբ կամ մասամբ վերարտադրվի՝ առանց արտադրողի նախնական գրավոր հաստատման: Որպես արտադրանքի շարունակական զարգացման մեր քաղաքականության մաս, միայն մեզ՝ արտադրողին է իրավունք վերապահվում փոփոխություններ կատարել տեխնիկական պայմանների և այս փաստաթղթում պարունակվող այլ տեղեկատվության մեջ՝ առանց նախնական ծանուցման:

Սույն ՕԳ-ն հասանելի է նաև Keeler UK և Keeler USA կայքերում:

Հեղինակային իրավունք՝ © Keeler ՍՊԸ 2021թ.. Հրապարակված է Մեծ Բրիտանիայում՝ 2021 թ.-ին:

1. ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Սարքի նպատակային օգտագործում / Նպատակ

Keeler արտադրության խոշորացույցներն ու շրջանակները նախատեսված են տարբեր կլինիկական պայմաններում օգտագործելու համար, ներառյալ՝ բայց չսահմանափակվելով՝ ատամնաբուժական պրակտիկայում, ակնաբուժական կլինիկաներում, վիրահատարաններում, հիվանդանոցներում, անասնաբուժական պրակտիկայում, մասնավոր խորհրդատվական կենտրոններում և վիրաբուժական միջավայրերում և օգտագործվում են վերապատրաստված ուսանողների և փորձառու մասնագետների կողմից:

1.1 ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ մեր սարքերի պատշաճ և անվտանգ աշխատանքը երաշխավորվում է միայն այն դեպքում, երբ սարքերն ու դրանց լրացուցիչ մասերը/աքսեսուարները ձեռք են բերվում բացառապես Keeler ՍՊԸ-ից:

Խոշորացույցով շրջանակի անվտանգ գործարկումն ապահովելու համար ծանոթացեք հետևյալ նախազգուշացումների հետ:

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ

- Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ մեր սարքերի պատշաճ և անվտանգ աշխատանքը երաշխավորվում է միայն այն դեպքում, երբ սարքերն ու դրանց լրացուցիչ մասերը/աքսեսուարները ձեռք են բերվում բացառապես Keeler ՍՊԸ-ից:
- Նախքան օգտագործումը ստուգեք ձեր Keeler արտադրանքը՝ տեղափոխման/պահեստավորման հետ կապված վնասների նշանների հայտնաբերման համար:
- Երբեք մի օգտագործեք սարքը, եթե կան տեսանելի վնասվածքներ և պարբերաբար ստուգեք այն՝ վնասվածքների կամ սխալ օգտագործման նշանների հայտնաբերման համար:
- ԱՄՆ Դաշնային օրենքը սահմանափակում է այս սարքի վաճառքը բժշկի կամ մասնագետի կողմից կամ պատվերով:
- Այս սարքը նախատեսված է օգտագործել միայն պատշաճ կերպով վերապատրաստված և լիազորված առողջապահության ոլորտի մասնագետների կողմից:
- Այս արտադրանքը չպետք է ընկղմվի հեղուկի մեջ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

- Օգտագործեք միայն Keeler-ի կողմից հաստատված բնօրինակ պահեստամասեր և պարագաներ, որպեսզի սարքի անվտանգությունն ու աշխատանքը չվտանգվեն:
- Այս արտադրանքի անվտանգ գործարկումն ապահովվում է +10°C-ից +35°C շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի պայմաններում:
- Հեռու պահեք երեխաների հասանելիությունից:
- Կոնդենսացիայի առաջացումը կանխելու համար սարքն օգտագործելուց առաջ բերեք սենյակային ջերմաստիճանի:
- Միայն փակ տարածքներում օգտագործման համար (պաշտպանել խոնավությունից):
- Սարքի ներսում չկան օգտագործողի կողմից սպասարկվող մասեր: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կապ հաստատեք սպասարկման լիազոր ներկայացուցչի հետ:
- Սույն ՕՀ-ում ներկայացված հրահանգների համաձայն կանոնավոր սպասարկումը չկատարելու դեպքում կարող է նվազեցնել արտադրանքի շահագործման ժամկետը:
- Արտադրանքի շահագործման ժամկետը լրանալուց հետո թափոնացրեք այն համաձայն տեղական բնապահպանական ցուցումների (ԷԷՍԹ):

1.2 ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հիվանդների բնակեցման համար որևէ սահմանափակում չկա, որոնց հետ այս սարքը կարող է օգտագործվել՝ բացի ստորև նշված հակացուցումներից:

Keeler արտադրության խոշորացույցն ու շրջանակը սահմանափակում են օգտագործողի տեսադաշտը և տեսանելիության խորությունը՝ ստիպելով նրան ընդունել անհարմար կեցվածք՝ հստակ տեսնելու համար:

2. ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Այս սարքի մաքրումը պետք է իրականացվի միայն ձեռքով՝ առանց հեղուկի մեջ ընկղման, ինչպես նկարագրված է: Սարքը չի թույլատրվում ստերիլիզացնել կամ սուզել մաքրող հեղուկների/նյութերի մեջ:

1. Արտաքին մակերեսը պետք է սրբել մաքուր ներծծող, մազմզուկներից զերծ կտորով, որը նախօրոք խոնավացվել է դեիոնիզացված ջրի/լվացող միջոցների լուծույթով (ըստ ծավալի՝ 2% լվացող միջոց) կամ ջրի/իզոպրոպիլային սպիրտի լուծույթով (70% ԻՊԱ՝ ըստ ծավալի): Խուսափեք օպտիկական մակերևույթներից:
2. Համոզվեք, որ ավելցուկային լուծույթը չթափանցի սարքի մեջ: Զգուշացեք, որպեսզի կտորը չգերհագենա լուծույթով:
3. Մակերևույթները պետք է զգուշորեն չորացվեն ձեռքով՝ օգտագործելով մաքուր մազմզուկներից զերծ կտոր:
4. Ապահով կերպով թափեք օգտագործված մաքրող նյութերը:

3. ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՅՑՈՎ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ և ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

1. Տեղադրեք խոշորացույցը շրջանակի վրա շտիֆտային ամրացման համակարգի միջոցով, ինչպես ցույց է տրված:

2. Պաշտպանիչ վահանակը տեղադրվում է հրելով վահանակը իր դիրքի մեջ, ինչպես ցույց է տրված:



Պաշտպանիչ վահանակը ճիշտ դիրքով

3. Դեղատոմսով դուրս գրվող ոսպնյակի շրջանակը տեղադրվում է անհրաժեշտության դեպքում, ինչպես ցույց է տրված:

Պաշտպանիչ վահանակը ճիշտ դիրքով

4. Քթի շերտաձողը կարգաբերելու համար պտտեք ֆիքսող մոլակը այն դիրքի, որը ցույց է տրված, որպեսզի արձակեք քթի շերտաձողը: Այնուհետև քթի շերտաձողը կարող եք սահեցնել ձեր ուզած դիրքին:

5. Ֆիքսեք քթի շերտաձողը այդ դիրքով՝ պտտելով ֆիքսող մոլակը, ինչպես ցույց է տրված:



6. Շրջանակն օգտագործողի գլխին ապահով տեղադրելու համար սահեցրեք նշված փոխարկիչը հարմար դիրքի

4. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Բնապահպանական պայմաններ.

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ		
	Ցնցում (առանց փաթեթավորման)	10 գ, տևողությունը՝ 6 ր
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ		
ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ		
	Թրթռում, սինուսոիդային	10 Հց-ից 500 Հց. 0.5գ
	Ցնցում	30 գ, տևողությունը՝ 6 ր
	Հարված	10 գ, տևողությունը՝ 6 ր

5. ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ և ԱՔՍԵՍՈՒԱՐՆԵՐ

Տարր	**Մասի համար**
Վիրաբուժական խոշորացույցների գլխակապ	2199-P-7259
Գլխի կաշեգոտի	2199-P-7523
Բարձր տեխնոլոգիական ոսպնյակների կտոր կաշվե պայուսակում	2199-P-7136

6. ԵՐԱՇԽԻՔ

Օգտագործողի կողմից սպասարկվող մասեր չկան. բոլոր կանխարգելիչ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներն ու սպասարկումը պետք է իրականացվեն միայն Keeler-ի լիազոր ներկայացուցիչների կողմից:

Keeler-ի ձեր արտադրանքն ունի 3 տարի երաշխիքային ժամկետ և այն անվճար կփոխարինվի կամ կվերանորոգվի հետևյալ պայմաններով.

- Սխալ արտադրության հետ կապված ցանկացած թերության պատճառով:
- Եթե այս սարքն ու աքսեսուարներն օգտագործվել են սույն հրահանգներին համապատասխան:
- Ցանկացած հայցի հետ տրամադրվում է գնումը հաստատող փաստաթուղթ:

7. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՈՒՏԻԼԻԶԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հին Էլեկտրական և Էլեկտրոնային սարքավորումների ուտիլիզացում

Ապրանքի կամ դրա փաթեթավորման վրա նշված այս խորհրդանիշը և հրահանգները ցույց են տալիս, որ այս ապրանքը չպետք է դիտարկվի որպես կենցաղային թափոն:

Խրախուսվում է, որպեսզի այս սարքավորումներն իրենց ծառայելու ժամկետի ավարտին վերամշակվեն և վերաօգտագործվեն՝ հետապնդելով շրջակա միջավայրի վրա ԷԷՍԹ-ի (էլեկտրական էլեկտրոնային սարքավորումների թափոններ)ազդեցության և աղբավայրեր մտնող ԷԷՍԹ ծավալի նվազեցման նպատակը:

Եթե ձեզ ավելի շատ տեղեկատվություն է անհրաժեշտ հավաքածուի վերաօգտագործման և վերամշակման վերաբերյալ, ապա կապվեք B2B համապատասխանության հետ՝ 01691 676124 (+44 1691 676124) հեռախոսահամարով: (Միայն Մեծ Բրիտանիայում):

Սարքի հետ կապված ցանկացած լուրջ միջադեպ պետք է հաղորդվի արտադրողին և ձեր անդամ պետության իրավասու մարմնին:

Կոնտակտային տվյալներ

Արտադրող
Keeler Լիմիթիդ
Քլեվեր Հիլ Ռոուդ
Ուինդզոր
Բերքշիր
SL4 4AA Մեծ Բրիտանիա
Անվճար հեռախոսահամար՝ 0800 521251
Հեռ.՝ +44 (0) 1753 857177
Ֆաքս՝ +44 (0) 1753 827145

ԱՄՆ վաճառքի գրասենյակ
Keeler ԱՄՆ
Ֆենիքսվիլ Փայկ, 3222
Շենք թիվ 50
Մալվերն, ՊԱ 19355 ԱՄՆ
Անվճար հեռախոսահամար՝ 1 800 523 5620
Հեռ.՝ 1 610 353 4350
Ֆաքս՝ 1 610 353 7814

Չինաստանի գրասենյակ
Հալմա Չայնա Գրուպ
名称：沃迈（上海）机电有限公司
地址：上海市闵行区金都路1165弄
123号23幢一号厂房三层B座
电话：021-6151 9025

Հնդկաստանի գրասենյակ
Keeler Հնդկաստան
Հալմա Ինդիա Պվտ. Ltd./ՍՊԸ
Հողամաս՝ A0147, ճանապարհ՝ 24
Վեյջլ արտադրական կոմպլեքս
Թեյն Ուեսթ - 400604, Մահարաշտրա
ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ
Հեռ.՝ +91 22 4124 8001

EC REP
Վիզիոմետրիկս, Ս. L., Վինյալս, 131
08221 Տերրասսա, Իսպանիա

EP59-19025 Տարբերակ C Թողարկման ամսաթիվ՝ 12/05/2021

Keeler
– A world without vision loss –